

1

2

3

4

A

A

B

B

C

C

D


D

E

E

F

F



FKS-1	測定範囲 : 0 ~ 200 mg / l
FKS-2	測定範囲 : 0 ~ 2000 mg / l
接続端子	1 ~ 7 番
測定条件	温度 0 ~ 50 °C 有機溶剤の存在する水は不可
質量	約 1.0 kg

REVISIONS 変更履歴	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY T. K	検図 CHECKED BY R. K	名称 TITLE 投込み型透過光式濁度電極
	年月日 DATE			
	承認 APPROVED BY	型式番号 MODEL NO. FKS-1 (2)		
	変更者 REVISED BY	図面番号 DRAWING NO. 202-0616-FKS		
記事 CONTENTS	株式会社 富士化学計測 Fuji Chemical Measurement Co., Ltd TOKYO JAPAN			

1

2

3

4